仕　　様　　書

１．品名　　ロックウェル硬度計
２．数量　　一式
３．規格　　本体及びその他の機器等は全て新品であり、以下の仕様を満たすこと。

項　　目 （項目内訳、付属品等）		調達物品にかかる仕様	数量
１　ロックウェル硬度計（本体）			一式
	(1) 試験	・試験条件はＪＩＳ　Ｚ２２４５(ロックウェル硬さ試験―試験方法)に準拠すること	
	(2) 動作	・試験力制御方式が自動(二次負荷→保持→解除)であること	
		・プラスチック硬さ試験(ＪＩＳ　Ｋ７２０２－２に準拠)が対応可能であること	
	(3) スケール	・ロックウェル硬さ試験の種類においてＣ、Ｄ、Ａ、Ｇ、Ｂ、Ｆ、１５Ｎ、３０Ｎ、４５Ｎ、１５Ｔ、３０Ｔ、４５Ｔ　の試験が出来ること（Ｍ、Ｌ、Ｒは別途圧子購入により試験ができること）	
	(4) 試料台	・試料最大高さ４５ｍｍ、試料最大奥行き１５０ｍｍが測定可能であること	
	(5) 外部接続	・データ出力(通信コネクタ)があること	
	(6) 追加付属品	・ダイヤモンド圧子ツイン用	
		・ＬＥＤ照明装置	
２　データ処理装置			一式
	(1) 評価用PC	・ノート型PCであること	
		・OSはMicrosoft　Windows 7 Home Premium以上（64ビット）であること	
		・CPUがIntel Core i7 3610QM　以上であること	
		・物理メモリが8GB以上を搭載されていること	
		・HDDが500GB以上を搭載されていること	
		・ディスプレィの解像度が1920×1080ドット以上であること	
		・本体と接続が可能であること	
		・インクジェットプリンタと接続が可能であること	
		・データ転送用USBメモリと接続が可能であること	
		・DVDドライブが搭載されていること	
		・ソフトウェア　Microsoft Office Personal相当以上あること	
		・リアルタイム表示及び計測の記録が同時に実施可能なこと	

	(2) インクジェットプリンタ	・用紙サイズがA4以上であること	
		・インクカートリッジの形状が一色毎独立していること	
		・両面印刷が可能であること	
		・ページレイアウトにおいて2in1の印刷が可能であること	
３　その他			一式
	(1) 取扱説明書	・日本語の取扱説明書が付属すること	
	(2) 納入条件	・機器搬入、据付、試運転、調整及び操作説明を行うこと	
	(3) 保証	・製品引き渡し後1年間、製品全体の正常動作を保証すること 　ただし、個別構成品を含め、メーカー等が別に定めた保証期間が１年間以上である場合は、それを適用する	
	(4) アフターサービス	・アフターサービスにおいて国内からの対応が可能であること	